EK-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTESİ İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMU

Sağlık Kuruluşunun		Denetimin	
Adı:		Tarihi:	
Türü:		Saati:	
Mesul Müdürü:			
Ruhsat Tarihi:			
Faaliyet İzin Tarihi:			
Adresi:			

Soru No	Bölüm Başlığı	Denetim Sorusu	Açıklama	Hukuki Dayanak	Dayanak Maddesi	Uygun	Uygun Değil	Kapsam Dışı	1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit	4. Tespit
1	İDARİ HİZMET STANDARTLARI	Merkezde genel çalışma saatleri dışındaki zamanda ve kabul edilebilir mazeret hallerinde mesul müdürün yerine, mesul müdürün yazılı şekilde yetki devri yaptığı bir tabip bulunuyor mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi				Mesul müdür uyarılır. On beş gün süre verilir.	Mesul müdür uyarılır. On beş gün süre verilir.	Mesul müdür uyarılır. On beş gün süre verilir.	Mesul müdürün görevine son verilir. Üç yıl diyaliz merkezi mesul müdürlüğü yapamaz.
2	İDARİ HİZMET STANDARTLARI	Merkezde mesul müdür ve asgariyi teşkil eden kadrolu diyaliz sertifikalı tabip var mı? Yönetmeliğin* 20. maddesinin ikinci fıkrasına uygun görevlendirme yapılmış mı?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	20. maddesinin ikinci fıkrası				Diyaliz merkezinin Valilikçe faaliyeti durdurularak en fazla altı aylık süre ile faaliyet izin belgesi askıya alınır. Bu süre sonunda da eksiklik giderilememesi durumunda merkezin ruhsat ve faaliyet izin belgesi iptal edilir. Bu durumda, hastaların mağdur edilmemesi için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.			
3	İDARİ HİZMET STANDARTLARI	Merkezde; mesul müdür, Yönetmeliğin* 21'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilenen görevleri yerine getiriyor mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	21. maddesinin birinci fıkrası				Mesul müdür uyarılır. On beş gün süre verilir.	Mesul müdür uyarılır. On beş gün süre verilir.	Mesul müdür uyarılır. On beş gün süre verilir.	Mesul müdürün görevine son verilir. Üç yıl diyaliz merkezi mesul müdürlüğü yapamaz.
4	BİNA STANDARTLARI	Merkezde; ruhsata esas projede Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmadan değişiklik yapılmış mı (Mevcut binanın tadilat gerektirmesi halinde, tadilata başlanmadan önce tadilat projesinin Bakanlıkça onaylanması gerekir.)?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	8. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve on beş gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
5	BİNA STANDARTLARI	Merkez/Ünitede, elektrik kesilmesi halinde en kısa süre içinde otomatik olarak devreye girebilecek ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az %70'i oranında uygun güç ve nitelikte bir jeneratör bulunuyor mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
6	BİNA STANDARTLARI	Merkezin/Ünitenin, sıcak mevsimlerde uygun klima sistemiyle soğutulmasını, merkezi veya kat kaloriferi sistemi ile ısıtılmasını sağlayacak sistemi mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
7	BİNA STANDARTLARI	Binanın giriş katı haricindeki katlarda da hasta tedavi ve kullanım alanı mevcut ise sedye/katlanabilir sedye taşımaya müsait ve merkezin/ünitenin jeneratörüne bağlı olan asansör mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
8	BİNA STANDARTLARI	Hemodiyaliz uygulaması yapılan merkez/ünitede, toplam alanı en az yirmi metrekare olan hasta kabul ve dinlenme bölümü var mı?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
9	BİNA STANDARTLARI	Hemodiyaliz uygulaması yapılan merkez/ünitede, Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta giyinme ve soyunma bölümü ile cihaz sayısı kadar hasta dolapları ile personel giyinme dolapları mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
10	BİNA STANDARTLARI	Hemodiyaliz uygulaması yapılan merkez/ünitede, su sistemi odası mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
11	BİNA STANDARTLARI	Hemodiyaliz uygulaması yapılan merkez/ünitede, Yatak başına en az yedi metrekare düşecek şekilde diyaliz alanları; HBs Ag (+) hastalar için ayrı bir bölüm ve ayrı cihaz, HCV(+) hastalar için ayrı cihazlar mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	

12	BİNA STANDARTLARI	Hemodiyaliz uygulaması yapılan merkez/ünitede, Acil bakım ve tedavi odası mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
13	BİNA STANDARTLARI	Hemodiyaliz uygulaması yapılan merkez/ünitede, İdari oda ve büro mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
14	BİNA STANDARTLARI	Hemodiyaliz uygulaması yapılan merkez/ünitede, Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere özürlülerin de yararlanabileceği şekilde düzenlenmiş, kapısı dışarı doğru açılan en az iki adet hasta tuvaleti ve iki adet lavabo; personel için ayrı bir tuvalet ve lavabo mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
15	BİNA STANDARTLARI	Hemodiyaliz uygulaması yapılan merkez/ünitede, Depo olarak kullanılabilecek uygun bir alan mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
16	BİNA STANDARTLARI	Periton diyalizi uygulanan merkezde, Toplam olarak en az on beş metrekare alana sahip hasta kabul ve dinlenme bölümü mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
17	BİNA STANDARTLARI	Periton diyalizi uygulanan merkezde, Toplam olarak en az dokuz metrekare alana sahip hasta eğitimi odası mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
18	BİNA STANDARTLARI	Periton diyalizi uygulanan merkezde, Toplam olarak en az on iki metrekare alana sahip ve lavabosu bulunan tıbbî bakım ve solüsyon değişimi odası mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
19	BİNA STANDARTLARI	Periton diyalizi uygulanan merkezde, En az iki tuvalet mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
20	BİNA STANDARTLARI	Periton diyalizi uygulanan merkezde, Depo olarak kullanılabilecek uygun bir alan mevcut mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	9. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-7 Fiziki Kriterler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
21	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Sağlık tesisi bünyesinde, Sağlık Bakanlığından/Müdürlükten ruhsat veya faaliyet izin belgesi almaksızın diyaliz tedavisi hizmeti veriliyor mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	30. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi				İzinsiz sunulan hizmet faaliyetten men edilir. DünyaSeelliBirbirineyiDürekdört Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir.	İzinsiz sunulan hizmet faaliyetten men edilir.İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.	Sağlık tesisinin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
22	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Merkez/ünite sadece diyaliz hastalarına yönelik olmak ve Yönetmeliğin* eki Ek-3'teki tetkikleri yapmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ruhsatlandırılmış bir laboratuvar kurulmuş veya bu nitelikleri haiz bir laboratuvar ile anlaşma yapılmış mı?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin dördüncü fıkrası				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
23	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Hastaların programlı hemodiyaliz raporları, varsa nefroloji uzmanı tarafından (Nefroloji uzmanı bulunmaması halinde sertifikalı uzman tabip tarafından; sertifikalı uzman tabibin de bulunmaması halinde uzman tabip tarafından düzenlenir.), periton diyalizi raporları nefroloji uzmanı veya sertifikalı uzman tarafından düzenleniyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	22. maddesinin birinci fıkrasının birinci, ikinci ve üçüncü cümlesi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
24	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Hasta raporlarında hastanın hangi süreyle ve haftada kaç defa hemodiyalize gireceği, periton diyalizi yapılacak ise uygulanacak periton diyalizi yöntemi, günlük değişim sayısı, kullanılacak solüsyonların içeriği ve hacmi belirtiliyor mu? Periton diyalizi uygulanmıyorsa, uygulanmama gerekçeleri raporda belirtiliyor mu? *(Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce tanı almış diyaliz hasta raporunda 22 nci maddenin birinci fıkrasında ifade edilen periton diyalizinin uygulanmama gerekçelerini belirtme şartı aranmaz.)***		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	22. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü ve beşinci cümlesi				Doksanbinüçyüzsekiz Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	

25	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Merkez/Ünitede, tedavilerini üstlendikleri hastalara Yönetmeliğin* ekinde (Ek-3) belirlenen tetkikler yapılıyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	23. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
26	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Diyaliz merkezlerinde/ünitelerde çalışan personel, işe başlarken ve daha sonra yılda bir kez rutin olarak HCV antikoru, HbsAg ve Hbs Ab, HIV 1+2 antikoru tayin tesbiti taramasından geçiriliyor ve lazım gelen koruyucu tedbirler alınıyor, gerekliliğinde tedavileri yaptırılıyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	23. maddesinin ikinci fıkrası				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
27	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Yönetmeliğe aykırı olarak ruhsat ve faaliyete esas olan bina, cihaz ve personel değişikliği yapılmış mı?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	30. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
28	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Endikasyon dışı diyaliz uygulaması yapılıyor mu? Diyaliz uygulaması için uygunsuz rapor düzenleniyor mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	30. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası uygulanır. Merkezin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur. İlgililer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır. Merkezin faaliyeti iki ay süreyle durdurulur. İlgililer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.	Ruhsat/Faaliyet izin belgesi iptal edilir. İlgililer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.	
29	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Hastalara veya üçüncü kişilere maddi çıkar temin ederek veya atık dışı diğer yöntemlerle kendisine hasta yönlendiriliyor mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	30. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası uygulanır. Merkezin faaliyeti bir ay süreyle durdurulur. İlgililer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır. Merkezin faaliyeti iki ay süreyle durdurulur. İlgililer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.	Ruhsat/Faaliyet izin belgesi iptal edilir. İlgililer hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.	
30	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Hemodiyaliz çözeltilerinin dilüsyonunda kullanılan su, Avrupa Farmakopesinde belirtilen kimyasal ve bakteriyolojik limitlerle uyumlu mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	30. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesi				Bakanlıkça yürürlüğe konulan Diyaliz Su Arıtma Sistemi Rehberine uygun olmayan suyun kullanıldığının tespiti durumunda, su numunesi tahlilleri tekrarlanır ve Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası uygulanır. Tekrarlanan sonuçlara göre bakteriyolojik açıdan uygun olmayan su numunesi kullandığı saptanan merkezin/ünitenin faaliyeti mevzuata uygun su sonucu gelene kadar durdurulur.			
31	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Endotoksin açısından uygun olmayan su numunesi kullanılıyor mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	30. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin dördüncü ve beşinci cümlesi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası uygulanır. Merkez/Ünite bir ay içerisinde endotoksin açısından uygun hale getirilir. Uygun hale getirilemeyen merkezin/ünitenin, uygun su sonucu gelene kadar yeni hasta kabulü durdurulur.			
32	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Kullandan diyaliz sarf malzemesinin, diğer tıbbi atıkların insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde, keskici ve delici atıkların da sert plastik kutularda muhafaza edilmeleri ve imhaları 25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun yöntemlerle sağlanıyor mu (*Diyaliz solüsyon bidonları ve kuru bikarbonat kartuşları ve diyaliz işlemi ile beraber diyaliz makinelerinden çıkan sıvılar tıbbi atık kapsamında değerlendirilmez .*)?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	33. maddesi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
33	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Merkez/ünitede Bakanlığın izni olmaksızın reuse uygulaması yapılıyor mu (*Reuse uygulaması, hastanın anlayabileceği şekilde izah edilmek ve hastadan bilgilendirilmiş onay formu alınmak kaydıyla Bakanlıkça izin verilmiş merkezlerde/ünitelerde yapılır. Bu konudaki başvuruların değerlendirilmesi Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılır .*)?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	34. maddesi				İzinsiz sunulan hizmet faaliyetten men edilir. Dörtyüzellibirbinbeşyüzkırkdört Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir.	İzinsiz sunulan hizmet faaliyetten men edilir.İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
34	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Merkez/Ünite; yalnızca kendilerinde tedavi gören hastaların diyaliz öncesi *merkeze/üniteye geliş ve diyaliz sonrası evine gidiş hizmeti sunuyor mu (Bu amaçla hasta taşıma hizmeti verebilirler veya taşıma şirketlerinden hizmet satın alabilirler. Bu araçlar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının konuyla ilgili mevzuatı kapsamında sayılır .*)?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	35. maddesi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brütü hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
35	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Su sisteminde kullanılması gerekli su, şehir şebeke suyudur. Müdürlüğün onayı dahilinde Kuyu kaynaklı su kullanımına mecbur kalındığı durumlarda çift (iki adet seri bağlı) Medikal Tip Ters Ozmos (RO)sistemi kullanılmalıdır. Diyaliz suyu iletkenliği ikinci Ters ozmos cihazı çıkışında <25 µS/cm'den küçük olmalıdır. Eğer artezyen suyu kullanımı mevcutsa sonuçlar bu değerlerle uyumlu mu? *(Su Arıtma Sistemi Yönergesinin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası)*		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 35. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	

36	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Diyaliz Suyu Dağıtım Hatlarının yapımı için kullanılan malzeme 316L paslanmaz çelik, Polivinilidin Florür (PVDF) ya da Cross-linked PolyEthylene-A (PEX-A) gibi hijyenik maddelerden mi yapılmış?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 36. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
37	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Suyun dolaşım hattında dolambaçlı bir yol izlemek yerine mümkün olduğunca düz bir hatta akışına yardım eden uygun bir tesisat şeklinde mi çekilmiş? Sürekli yüksek hızlı su sirkülasyonu sağlayan, suyun mümkün olduğunca kısa bir hatta akışına yardım eden diyaliz suyu kalitesini bozmayan uygun bir tesisat mı?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 37. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
38	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Sistemde saf su deposu kullanılıyorsa UV ünitesi ve UF filtresi mevcut mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 38. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
39	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	UV lambası kullanılıyorsa lambanın teknik özelliklerinde belirtilen kullanım saati sonunda değiştirilerek kayıt altına alınıyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 39. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
40	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Hemodiyafiltrasyon ve Hemofiltrasyon uygulamaları yapılıyorsa ön arıtma ve diyaliz makinesini doğrudan besleyen çift RO (Double pass RO) sistemi mevcut mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 40. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
41	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Ön arıtmada kullanılan karbon, reçine ve multimedia filtreler, yapılan günlük testlerin sonuçlarına göre ihtiyaç duyulduğunda ve üretici tavsiyeleri dikkate alınarak değiştiriliyor ve değişimler kayıt altına alınıyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 41. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
42	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Açık bikarbonat bidonları kullanılıyorsa artan kalan solüsyonlar ertesi gün kullanılmamalıdır. Bu kurala uyuluyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 42. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
43	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	Su arıtma sisteminden diyaliz makinesine kadar sistemi oluşturan zincirin tüm halkaları basit göstergeler yardımıyla (sertlik, iletkenlik, basınç düşmesi, pH, klor) her gün kontrol edilip kontrol sonuçları kayıt altına alınıyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 43. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
44	HİZMET BİRİMLERİ STANDARDI	RO su sistemi çıkış suyunun, kimyasal ve endotoksin kontrolü Diyaliz Su arıtma Sistemi Rehberinde belirtilen usul ve esalara göre yapılır. Bu kurala uyuluyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	Ek-1 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE İDARİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMUNUN 44. SORUSU				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
45	KAYIT, BELGE VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU	Merkez/Ünitede diyaliz tedavisi gören her hasta için ayrı bir hasta takip dosyası tutuluyor mu *(Merkezde/Ünitede, diyalize giren, takip edilen hastalar için, tetkik kayıtlarının da yer aldığı ayrı şahsî takip dosyaları tutulur .)*?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	23. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve 32. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi				Doksanbinüçyüzsekiz Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
46	KAYIT, BELGE VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU	Merkez/Ünite, bilgi işlem sistemi aracılığıyla günlük olarak kaydettiği hasta ve seans sayılarını, diyaliz tedavisine yeni başlayan ve başka merkezden/üniteden gelen hasta sayılarını, hasta mortalitesini, başka merkeze/üniteye giden veya diğer renal replasman tedavilerine geçen hasta sayılarını, Yönetmelik* uyarınca yapılması gereken tıbbî teşhislerin kayıtlarını ve Bakanlıkça talep edilen diğer bilgileri, Bakanlığın ve müdürlüğün her an ulaşabileceği şekilde hazır bulunduruyor ve Bakanlık Dijital Kayıt Sistemine girişini sağlıyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	28. maddesinin birinci fıkrası				Doksanbinüçyüzsekiz Türk lirasından az olmamak üzere sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	

47	KAYIT, BELGE VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU	Her cihaz için, o cihazla ilgili periyodik teknik bakım, kalibrasyon/validasyon ve onarım bilgilerine ilişkin kayıtlar tutuluyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	32. maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi				Doksanbinüçyüzsekiz Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.		
48	KAYIT, BELGE VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU	Merkez/ünite kullandıkları suların, arıtma sonrası örneklerinin bakteriyolojik ve kimyasal analizlerini Bakanlıkça hazırlanarak yayımlanan diyaliz su arıtma sistemi rehberinde belirtilen sahlata öncelikle ildeki halk sağlığı laboratuvarlarında, İlde halk sağlığı laboratuvarı yoksa kamuya ait laboratuvarlarda yaptırıyor ve bu sonuçların standartlara uygun olduğunu gösterir belge, merkezde/ünitede bulunduruyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	32. maddesinin üçüncü fıkrası				Doksanbinüçyüzsekiz Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.		
49	KAYIT, BELGE VE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU	Nefroloji uzmanı veya sertifikalı uzman tabip veya uzman tabip tarafından yapılacak değerlendirme ile Uygulanacak tedaviye ilişkin Bakanlıkça hazırlanan kılavuza uygun şekilde bilgilendirme yapılıyor ve Bakanlığın dijital kayıt sistemine yükleniyor mu? Kronik diyaliz tedavisine başlandıktan sonra en geç üç ay içerisinde hasta, böbrek nakli konusunda ayrıntılı bilgilendirilmek üzere kendisine en yakın kamuya ait böbrek nakli merkezine gönderiliyor mu (*Böbrek nakli merkezi yetkilisi tarafından hastaya böbrek nakli süreci, uygunluk şartları, canlı ve kadavra vericiden nakil seçenekleri ile naklin yararları ve riskleri hakkında sözlü ve yazılı bilgilendirme yapılır; bilgilendirme formu hasta ve yetkili tarafından imzalanarak hastanın dosyasına konulur ve Bakanlığın dijital kayıt sistemine yüklenir. Hem diyaliz tedavisini reçete eden tabip tarafından düzenlenen ronut replasman tedavi seçenekleri bilgilendirme formunun hem de böbrek nakli merkezi tarafından düzenlenen organ nakli bilgilendirme formunun kayıt altına alınması zorunludur.*) (*Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce tanı almış diyaliz hastalarına bir yıl içinde 31 inci maddenin birinci fıkrasındaki işlem gerçekleştirilir.*)?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	21. maddesinin ikinci fıkrası ve 31. maddesi				Doksanbinüçyüzsekiz Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası ve 15 gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.		
50	PERSONEL STANDARDI	Merkezde görev yapan kadrolu veya geçici kadrolu uzman tabibin görevinden ayrılması durumunda Müdürlüğe bildirilmiş mi?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	20. maddesinin üçüncü fıkrası				Bir ay süre verilir. Bir aylık süre sonunda uzman tabip bulunmaması halinde diyaliz merkezinin Valilikçe faaliyeti durdurularak en fazla altı aylık süre ile faaliyet izin belgesi askıya alınır. Bu süre sonunda da eksikliğin giderilememesi durumunda merkezin ruhsat ve faaliyet izin belgesi iptal edilir. Böyle bir durumda hastaların mağdur edilmemesi için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.			
51	PERSONEL STANDARDI	Sertifikalı tabip; uzman tabibin muayene ve değerlendirmesine göre belirlenen tedavi şemasına göre hastalara hemodiyaliz ve ilaç tedavisi uygulanması, tedavi seansı sırasında hastaların tıbbi yönden izlenmesi, her diyaliz seansında hastanın dosyasına gözlem notunun kaydedilmesi ve ortaya çıkabilecek akut komplikasyonlarda hastaya ilk müdahalenin yapılmasını sağlıyor mu?		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	21. maddesinin üçüncü fıkrası				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.		
52	PERSONEL STANDARDI	Enfeksiyon kontrolüne yönelik hizmet içi eğitimler yeni başlayan her personele ve yılda bir kez de tüm personele olmak üzere uzman tabip tarafından veriliyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	23. maddesinin üçüncü fıkrası				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.		
53	PERSONEL STANDARDI	Diyaliz tedavisi (hemodiyaliz, periton diyalizi, ev hemodiyalizi) gören her hastanın ayda en az bir defa ilgili uzman hekimi (nefrolog, diyaliz sertifikalı uzman veya o ilde nefrolog ve diyaliz sertifikalı uzman yok ise İç hastalıkları uzmanı) tarafından diyaliz tedavisi değerlendirmesi-muayenesi yapılıyor ve diyaliz reçetesi yazılıyor mu (*Diyaliz hastasının aylık muayenesi merkezde görevli uzman tabipler tarafından yapılır. Ancak diyaliz hastası, aylık muayenesini tedavi gördüğü merkez dışında da yaptırabilir ve tedavisine yönelik reçete yazılır. Düzenlenen reçete doğrultusunda merkez/ünite tarafından tedavi yapılır.*)?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.		
54	PERSONEL STANDARDI	Merkezde tedavi gören 18 yaşından küçük diyaliz hastalarının sayısı 10'dan fazla ise, bu hastaların uzman değerlendirmesi, çocuk nefroloji uzmanı veya sertifikalı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, bu da yoksa çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından yapılıyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.		
55	PERSONEL STANDARDI	Hemodiyaliz merkezi, hastalarına programlı diyalizin başlangıcında ve daha sonra uzman hekimin denetiminde diyetisyen hizmeti almak için sözleşme yapıyor veya ücretli hasta adına merkez tarafından karşılanmak kaydıyla hizmet satın alıyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	19. maddesinin birinci fıkrası				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.		

56	PERSONEL STANDARDI	Hemodiyaliz yapılan merkezde her tedavi seansında sekiz hastaya kadar en az bir, daha sonraki her sekiz hasta için ilave bir yardımcı personel bulunuyor mu *(Yalnızca periton diyalizi yapılan merkezlerde ise en az bir yardımcı personel bulunur.)***		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	19. maddesinin ikinci fıkrası				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
57	PERSONEL STANDARDI	Merkezde adlarına personel çalışma belgesi düzenlenmeyen sağlık personeli görev yapıyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	15. maddesinin üçüncü fıkrası				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde beş oranında idari para cezası ve aykırılığın giderilmesi için otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır. Aykırılığın giderilmesi için otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
58	PERSONEL STANDARDI	Merkezde ilk elli cihaza kadar bir kadrolu, elliden fazla cihazı olan merkezler için her elli cihaza kadrolu veya kısmi zamanlı ilave bir sertifikalı tabip bulunuyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
59	PERSONEL STANDARDI	Her tedavi seansında, elli hastaya kadar en az bir sertifikalı tabip, 50'den fazla hasta için en az iki sertifikalı tabip bulunuyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
60	PERSONEL STANDARDI	Hemodiyaliz yapılan merkez/ünitede, ilk on cihaza kadar iki, bu sayının üzerinde ilave her beş cihaz için ilave bir tabip dışı sağlık personeli bulunuyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin ikinci alt bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
61	PERSONEL STANDARDI	Merkez/Ünitede her tedavi seansında beş hastaya kadar en az bir; daha sonraki her beş hasta için ilave bir tabip dışı sağlık personeli bulunuyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin üçüncü alt bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
62	PERSONEL STANDARDI	Periton diyalizi yapan merkezde, ilk elli hasta için bir, sonraki her yirmi beş hasta için bir ilave sertifikalı hemşire ve/veya diyaliz teknikeri bulunuyor mu *(Hemodiyaliz ve periton diyalizinin birlikte yapıldığı merkezde, sertifikalı hemşire ve/veya diyaliz teknikeri hem hemodiyaliz hem de periton diyalizi bakımından faaliyet iznine esas personel olarak kabul edilir.)***		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin dördüncü alt bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
63	PERSONEL STANDARDI	Merkez/Ünitede, diyaliz cihazları ve müştemilatı ile su sistemi konusunda en az üç ay süre ile eğitim gördüğüne dair belge veya diploması haiz bir teknisyen veya diyaliz teknikeri mevcut veya teknik servis ile bakım anlaşması yapılmış mı?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
64	PERSONEL STANDARDI	Bütün personelin yakasında; personelin adını, soyadını, mesleğini ve ünvanını belirten ve mesul müdürlükçe onaylanmış olan fotoğraflı bir kimlik kartı bulunuyor mu *(Kimlik kartlarının Bakanlığın elektronik sistemi ile uyumlu karekod içermesi zorunludur.)***		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinin dördüncü alt bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
65	PERSONEL STANDARDI	Merkezde çalışan tüm sağlık personeli, hizmetin gereklerine uygun olarak önlük veya üniforma giyiniyor mu *(Merkez yönetimi önlük veya üniforma seçimi ile ilgili sağlık meslek mensuplarının birbiri ile karışmasını önleyecek şekilde düzenleme yapmak zorundadır. Her merkezin kurumsal kimliğini yansıtan üniforması bulunur.)***		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	18. maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve otuz gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
66	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Hemodiyaliz uygulaması yapan merkezde, ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orijin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliği kanıtlanmış olan, en az on beş hemodiyaliz cihazı; üniteler için en fazla on hemodiyaliz cihazı, mevcut mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-8 Merkez/Ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
67	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Merkez/ünite olası cihaz arızalarında hastaların mağdur olmalarının önlenmesi açısından bir hemodiyaliz cihazını yedek olarak bulundurmuyor mu (Cihaz sayısı yirmi beş ve üzeri olan merkezler ikinci bir yedek cihazı bulundurabilir.)***		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-8 Merkez/Ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki ayа ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	

68	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Hemodiyaliz yapan merkez/ünitede hemodiyaliz cihazları için su sistemi; kullanılan diyaliz cihazı sayısı ile orantılı kapasitede ve hemodiyaliz tedavisi için uygun suyu üreten; Bakanlıkça hazırlanan Diyaliz Su Arıtma Sistemi Rehberinde belirtilen kurallara uygun hemodiyaliz kum filtresi, aktif karbon filtresi, yumuşatıcı filtreler, mikro partikül tutucu, sterilizasyon amaçlı ultraviyole veya ultrafiltre sistemini de kapsayan reverse-ozmos sistemi mevcut mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-8 Merkez/Ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
69	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Hemodiyaliz yapan merkez/ünitede kullanılan diyaliz cihazı sayısı kadar hareketli hasta yatağı veya koltuğu mevcut mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-8 Merkez/Ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
70	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Periton diyalizi yapan merkezde en az bir adet aletli periton diyalizi cihazı, en az iki adet hasta yatağı veya koltuğu mevcut mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-8 Merkez/Ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
71	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Merkez/ünitede; - Taşınabilir monitörlü elektrokardiyografi cihazı ve defibrilatör, - Ambu ve airway de içeren tam donanımlı acil müdahale kiti, mevcut mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-8 Merkez/Ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
72	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Merkez/ünitede; - İhtiyaç anında birden fazla hastaya yetecek kapasitede olan oksijen desteği, - Birisi enfekte hastalar için olmak üzere en az iki adet aspiratör, - Hasta hassas tartı sistemi, mevcut mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-8 Merkez/Ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
73	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Merkez/ünitede; - Yeterli havalandırma sistemi, - Hastalar ile ilgili tıbbi kayıtları tutacak bellek kapasitesinde ve internet bağlantısı olan bilgi işlem sistemi mevcut mu		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-8 Merkez/Ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
74	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Merkez/ünitede; - Hastane/tıp merkezi bünyesinde bulunmayan merkezler/üniteler için sterilizasyonun temini, - Sedye/katlanabilir sedye ve tekerlekli sandalye.**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin birinci fıkrası ve Ek-8 Merkez/Ünitede bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
75	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Merkez/ünitede, hastalarına acil durumlarda sodyum ve potasyum seviyesi bakmak için iyonometri cihazı bulunuyor mu?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin ikinci fıkrası				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
76	TIBBİ CİHAZ VE DONANIM, MALZEME VE İLAÇ STANDARDI	Merkez/Ünitede, Yönetmeliğin* ekinde (Ek-6) belirtilmiş asgari/ azami miktarlarına uygun şekilde bulundurulması zorunlu ilaçlar bulunuyor mu (Ek-6'da gösterilen etken maddenin bulundurulacak asgari ve azami mg miktarı, cc miktarı veya kutu adedi ya da aynı etkiye sahip başka muadil etken maddeleri belirtilen miktarlarda bulundurulabilir.)?**		Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik	10. maddesinin beşinci fıkrası				Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır ve otuz gün süre verilir.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır ve on beş gün süre verilir.	Merkezin faaliyeti bir gün süreyle durdurulur.	
77	DİĞER TESPİTLER												
78	DİĞER TESPİTLER												
79	DİĞER TESPİTLER												

AÇIKLAMALAR:

1- (*)Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilir.Yönetmeliğe göre tanınan muafiyetler ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır.

2- (**) Olağan denetim kapsamında sorgulanması zorunlu asgari sorulardır.

3- Sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar 12/11/2025 tarihli ve 33075 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım Ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

4- Bu formda belirtilen maktu idari para cezaları 3359 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenmiştir. Maktu para cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu surette idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

EK-2 DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTE TIBBİ DENETİM SORGU VE İDARİ YAPTIRIM FORMU

Sağlık Kuruluşunun		Denetimin	
Adı:		Tarih	
Türü:		Saati:	
Mesul Müdürü:			
Ruhsat Tarihi:			
Faaliyet İzin Tarihi:			
Adresi:			

Soru No	Bölüm Başlığı	Denetim Soruları			Uygun	Uygun Değil	Muaf	Açıklama	1. TESPİT	2. TESPİT	3. TESPİT
1	HEMODİYALİZ	a)Kt/V üre DEĞERİ	Erişkinler ve çocuklar (yaş <18)	Kt/V üre değeri 1.2'den düşük olan hasta oranı %25 den fazla ise					En az iki parametre hedef dışında ise diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim uyarılır. Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır.	En az iki parametre hedef dışında ise diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim uyarılır. İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.	En az iki parametre hedef dışında ise diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim sağlık meslekleri kuruluna bildirilir. Üç gün süreyle faaliyeti durdurulur.
2	HEMODİYALİZ	b)SERUM ALBÜMİN DÜZEYİ	Erişkinlerde	serum albümin düzeyi 3.5 gr/dl'den düşük olan hasta oranı % 30'un üstünde ise							
	HEMODİYALİZ		Çocuklarda	serum albümin düzeyi 3.5 gr/dl'den düşük olan hasta oranı % 35'in üstünde ise							
3	HEMODİYALİZ	c)HEMOGLOBİN DÜZEYİ	Erişkinlerde	hemoglobin düzeyi 10 gr/dl'den düşük olan hasta oranı % 30'un üstünde ise							
	HEMODİYALİZ		Çocuklarda	hemoglobin düzeyi 8 gr/dl'den düşük olan hasta oranı % 30'un üstünde ise							
4	HEMODİYALİZ	d)FOSFOR DÜZEYİ	Erişkinlerde	fosfor düzeyi 5.5 mg/dl'den yüksek olan hasta oranı % 40'ın üstünde ise							
	HEMODİYALİZ		Çocuklarda	fosfor düzeyi 5.5 mg/dl'den yüksek olan hasta oranı % 60'ın üstünde ise							
5	PERİTON DİYALİZİ	a)Kt/V üre DEĞİERİ	Erişkinler ve çocuklar (yaş <18)	total Kt/V üre değeri 1.7'den düşük hasta oranı % 30 dan fazla ise							
6	PERİTON DİYALİZİ	b)SERUM ALBÜMİN DÜZEYİ	Erişkinlerde;	serum albümin düzeyi 3.5 gr/dl'den düşük olan hasta oranı % 40'ın üstünde ise					Bir parametre hedef dışında ise diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim uyarılır. Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin binde biri oranında idari para cezası uygulanır.	Bir parametre hedef dışında ise diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim uyarılır. İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.	Bir parametre hedef dışında ise diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim sağlık meslekleri kuruluna bildirilir. Üç gün süreyle faaliyeti durdurulur.
			Çocuklarda	serum albümin düzeyi 3.5 gr/dl'den düşük olan hasta oranı %50 'nin üstünde ise							
7	KAMU ORGAN NAKLİ MERKEZİNDEN ALINAN BÖBREK TRANSPLANTASYONU İÇİN BİLGİLENDİRME ve DEĞERLENDİRME EPİKRİZİ	Kronik diyaliz tedavisine ilk kez başlayacak hasta diyaliz merkezinde ilk diyalizine başlanmadan yada kronik diyaliz tedavisine başlandıktan sonraki ilk üç ay (eski diyaliz hastaları bir yıl içinde) içinde en yakın kamuya ait organ nakil merkezinden böbrek transplantasyonu açısından değerlendirme ve detaylı bilgilendirme epikrizinin alınmış olması							Diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim uyarılır. Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır. Hastanın epikrizinin tamamlanmasının sağlanması için on beş gün süre verilir.	Diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim uyarılır. İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır. Hastanın epikrizinin tamamlanmasının sağlanması için on beş gün süre verilir.	Diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim sağlık meslekleri kuruluna bildirilir. Üç gün süreyle faaliyeti durdurulur.

8	YENİ HEPATİT B VE C BULAŞ ORANLARI	b)HBsAg (+) ve anti-HCV (+) hasta oranındaki artış % 5'in üstünde ise							Diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim uyarılır. Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde iki oranında idari para cezası uygulanır.	Diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim uyarılır. İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.	Diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim sağlık meslekleri kuruluna bildirilir. Beş gün süreyle faaliyeti durdurulur.
9	MORTALİTE (Hasta sayısı ne olursa olsun tüm merkezler ve üniteler, mortalite oranı ve nedenleri bakımından denetlenir.)	a) Yıllık mortalite oranı % 25'in üzerinde ise							Diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim sağlık meslekleri kuruluna bildirilir. Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi oranında idari para cezası uygulanır, İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Müdürlük veya Bakanlık tarafından görevlendirilen en az iki nefroloji uzmanı tarafından merkezde/ünitede inceleme yapılır. İnceleme sonucu düzenlenecek rapora göre faaliyeti uygun görülmeyen merkezin/ünitenin ruhsatı iptal edilir.		
10	MORTALİTE (Hasta sayısı ne olursa olsun tüm merkezler ve üniteler, mortalite oranı ve nedenleri bakımından denetlenir.)	b)Yıllık mortalite oranı % 50'nin üzerinde ise (Kaza, yangın, deprem, doğal afet durumları hariç)							Diyaliz tedavi protokünü yürüten uzman ve takip eden sertifikalı hekim sağlık meslekleri kuruluna bildirilir. Yüzseksenbinaltıyüzonyedi Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde dördü oranında idari para cezası uygulanır. İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Müdürlük veya Bakanlık tarafından görevlendirilen en az iki nefroloji uzmanı tarafından merkezde/ünitede inceleme yapılır. İnceleme sonucu düzenlenecek rapora göre faaliyeti uygun görülmeyen merkezin/ünitenin ruhsatı iptal edilir.		
11	Diğer tespitler										
12	Diğer tespitler										

AÇIKLAMALAR:

1- Bu form kullanılarak gerçekleştirilen denetimler Bilimsel Komisyon tarafından gerçekleştirilir.

2- Kronik diyaliz programına yeni alınan hastalar (insidan veya prevalan) iki aydan sonra değerlendirmeye alınır.

3- Bu formdaki tıbbi denetim kriterleri hasta sayısı 20'un altında olan ünitelere uygulanmaz.

4- Bu formda belirtilen maktu idari para cezaları 3359 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi doğrultusunda belirlenmiştir. Maktu para cezaları 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu surette idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

5- HEMODİYALİZ - Kt/V üre değeri için; Diyaliz öncesi ve sonrası kan örnekleri aynı seansta alınmalıdır. Diyaliz öncesi kan örneği diyaliz işlemine başlamadan önce, diyaliz sonrası kan örneği diyalizin sonunda kan akım hızı 100 ml/dk'ya azaltıldıktan 15 saniye sonra alınır.

• Kt/V üre, Daugirdas 2 formülü ile hesaplanır. Hesaplama için bakınız: www.tsn.org.tr

Kt/V = -ln[(Diyaliz sonrası BUN / Diyaliz öncesi BUN) – (0.008 x diyaliz süresi)] + [(4 - (3.5 x Diyaliz sonrası BUN / Diyaliz öncesi BUN)) x (ultrafiltrasyon volümü / vucut ağırlığı)]

BUN (mg/dl), Diyaliz süresi (saat), Ultrafiltrasyon volümü (litre), Vücut ağırlığı (kg)

• 6 aylık Ocak- Haziran veya Temmuz-Aralık dönemindeki tüm ölçümlerin ortalaması alınır.

• Erişkinlerde ve çocuklarda (yaş <18); Kt/V üre değeri 1.2'den düşük olan hasta oranı % 25'in altında olmalıdır.

6- PERİTON DİYALİZİ - Kt/V üre değeri için ; Peritoneal ve rezidüel renal Kt/V üre'nin toplamı alınır ve bulunan rakam 7 ile çarpılarak haftalık değer olarak ifade edilir.

• Total vücut suyu erişkinlerde Watson formülleri, çocuklarda Gehan veya George formülleri ile hesaplanır.

• Bir yıllık Ocak-Aralık dönemindeki tüm ölçümlerin ortalaması alınır.

• Erişkinlerde ve çocuklarda (yaş <18); total Kt/V üre değeri 1.7'den düşük hasta oranı % 30'un altında olmalıdır.

7- SERUM ALBÜMİN DÜZEYİ için; Hemodiyaliz hastalarında kan örneği diyaliz öncesi alınır.

• 6 aylık Ocak- Haziran veya Temmuz-Aralık dönemindeki tüm ölçümlerin ortalaması alınır.

• Serum albümin düzeyi farklı yöntemlerle tayin edilebilir. Bromocresol purple yöntemini kullanan merkezlerde/ünitelerde, bunu kanıtlamak kaydıyla ölçülen serum albümin düzeyine 0.5 gr/dl ilave edilir.

• Erişkinlerde; serum albümin düzeyi 3.5 gr/dl'den düşük olan hasta oranı hemodiyaliz hastalarında % 30'un, periton diyalizi hastalarında % 40'ın altında olmalıdır.

• Çocuklarda (yaş <18); serum albümin düzeyi 3.5 gr/dl'den düşük olan hasta oranı hemodiyaliz hastalarında % 35'in, periton diyalizi hastalarında % 50'nin altında olmalıdır.

8- HEMOGLOBİN DÜZEYİ için; • Hemodiyaliz hastalarında kan örneği diyaliz öncesi alınır.

• 6 aylık Ocak- Haziran veya Temmuz-Aralık dönemindeki tüm ölçümlerin ortalaması alınır.

• Erişkinlerde; hemoglobin düzeyi 10 gr/dl'den düşük olan hasta oranı % 30'un altında olmalıdır.

• Çocuklarda (yaş <18); hemoglobin düzeyi 8 gr/dl'den düşük olan hasta oranı % 30'un altında olmalıdır.

9- SERUM FOSFOR DÜZEYİ için; • Hemodiyaliz hastalarında kan örneği diyaliz öncesi alınır.

• 6 aylık Ocak- Haziran veya Temmuz-Aralık dönemindeki tüm ölçümlerin ortalaması alınır.

• Erişkinlerde; fosfor düzeyi 5.5 mg/dl'den yüksek olan hasta oranı % 40'ın altında olmalıdır.

• Çocuklarda (yaş <18); fosfor düzeyi 5.5 mg/dl'den yüksek olan hasta oranı % 60'ın altında olmalıdır.

10- Merkezde/ünitede diyalize yeni başlayan HBsAg (+) ve/veya anti-HCV (+) hastalar hariç olmak üzere, 6 aylık dönemde HBsAg (+) ve anti-HCV (+) hasta oranındaki artış % 5'in altında olmalıdır.

DİYALİZ HASTALARINA YAPILMASI GEREKEN LABORATUVAR TETKİKLERİ

Diyaliz tedavisine ilk defa alınacak hastalarda kan grubu bilinmiyorsa kan grubu tayini ve son bir ay içinde bakılmamışsa HIV ve Hepatit testleri (HBsAg, Anti HBs ve Anti HCV) yapılır. Daha sonra kronik hemodiyaliz ve periton diyalizi hastaların takibinde;

Hemodiyaliz hastalarında;

a) Ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) Kan üre veya üre nitrojeni (giriş ve çıkış),

2) Serum kreatinini (giriş ve çıkış),

3) Serum potasyumu (giriş ve çıkış),

4) Serum sodyum, kalsiyum ve fosfor,

5) Alanin aminotransferaz (ALT),

6) Kan şekeri,

7) Serum total protein ve albümin,

8) Hemogram (6-12 parametre),

9) Kt/V, URR.

b) Üç ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) Hepatit göstergeleri negatif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya Mikropartikül İmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans yöntemiyle tayin edilmek kaydıyla HBsAg, HBsAb, Anti-HCV, (HBsAb pozitif olan hastalarda HBsAg ve HBsAb tetkikleri 3 ay yerine 6 ayda bir yapılır) (Anti HCV(+) olan her hastaya HCV RNA bakılır. HCV RNA pozitif ise HCV RNA'nın altı ayda bir takip edilmesi gerekir.)

2) Serum demiri, total demir bağlama kapasitesi, ferritin,

3) Ürik asit,

4) C-reaktif protein,

5) Venöz bikarbonat (total karbondioksit),

6) Alkalen fosfataz,

7) İntakt paratiroid hormon,

8) Diyabetik hastalarda HbA1c.

c) Altı ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) Lipitler (total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid),

2) Anti-HIV tetkikleri (ELİSA 2-3, Mikropartikül İmmünassay-MEIA veya kemiluminesans),

3) Tele kardiyogram,

4) Elektrokardiyogram.

d) Yılda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) Hepatit göstergeleri pozitif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya Mikropartikül İmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans) yöntemiyle tayin edilmek kaydıyla HBsAg, HBsAb, Anti-HCV,

Bu periyodlarda tetkikleri yapılan hastalar başka merkezde/ünitede diyalize girdiğinde tetkiklerin yeniden yapılmasına gerek yoktur.

Periton diyalizi hastalarında;

Takip sıklığı: Tedavi ile ilgili bir tıbbi gereklilik veya komplikasyon olmadığı sürece periton diyalizi hastalarının ayda bir kez periton diyalizi merkezi tarafından kontrolü yapılır. Tedavinin birinci yılını tamamlamış olan hastalar, klinik durumlarına göre merkez tarafından bir veya iki ayda bir izlenebilir.

Periton diyalizine yeni başlayan veya periton diyalizi merkezine ilk kez gelen hastaların kan grubu tayini, HIV ve hepatit testleri öncelikle yapılır.

a) Her kontrolde yapılması gereken tetkikler;

1) Kan üre veya üre nitrojeni,

2) Serum kreatinin,

3) Serum sodyum, potasyum,

4) Serum kalsiyum, fosfor,

5) Kan şekeri,

6) Total protein ve albümin,

7) Alanin aminotransferaz,

8) Hemogram (6-12 parametre).

b) Üç ayda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) Ürik asit,

2) Venöz bikarbonat (total karbondioksit),

3) Serum demiri, total demir bağlama kapasitesi, ferritin,

4) C-reaktif protein,

5) İntakt paratiroid hormon,

6) Alkalen fosfataz,

7) Diyabetik hastalarda HbA1c.

c) Altı ayda bir defa yapılması gereken tetkikler,

1) Lipidler (total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid),

2) Tele kardiyogram,

3) Elektrokardiyogram,

4) Diyaliz yeterlilik göstergeleri (Kt/Vüre) (İlk test periton diyalizine başlandıktan sonra ilk ay içinde yapılır ve daha sonra 6 ayda bir tekrarlanır. Klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir).

d) Yılda bir defa yapılması gereken tetkikler;

1) HBsAg, HBsAb, Anti-HCV, Anti-HIV (ELISA 2,3 veya mikropartikül immünassay veya kemiluminesans yöntemiyle),

2) Burun kültürü (klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir).

e) Diğer uygulamalar;

1) Peritoneal eşitlenme testi (PET): İlk test periton diyalizine başlandıktan sonra 4-8. haftalarda yapılır ve daha sonra klinik gereklilik halinde tekrarlanır.

2) Bağlantı seti değişimi: Altı ayda bir veya bir aydan kısa sürede tekrarlayan peritonit atağından sonra değiştirilir.

3) Hasta eğitimi: Tedavi başlangıcında yapılır ve daha sonra altı ayda bir tekrarlanır.

4) Ev ziyaretleri: Hastanın klinik durumunun gerektirmesi halinde merkezler tarafından ev ziyaretleri yapılabilir.

EK-4

T.C.

..... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No:
Tarih :

ÇALIŞMA BELGESİ

PERSONELİN

RESİM

Adı ve Soyadı :

Ünvanı :

T.C. Kimlik Numarası :

Görevi :

Baba Adı :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

Mezun Olduğu Okul/Fakülte :

Mezuniyet Tarihi :

Diploma No :

Uzmanlık Diploma No (varsa) :

Diyaliz Sertifika No :

GÖREV YAPACAĞI SAĞLIK KURULUŞUNUN

Adı :

Adresi :

Çalışma Saati/Vardiya Sayısı :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık çalışanının (tam zamanlı /kısmi zamanlı/konsültan olarak) ..... isimli özel sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
(veya İlgili Başkan)

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
..... İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTESİ RUHSATI

***Ruhsat No :**

DİYALİZ MERKEZİNİN/ÜNİTESİNİN

Adı	:	
Adresi	:	
Sahibinin Adı	:	
Ruhsat Onay Tarih ve sayısı	:	
Uygulayacağı Diyaliz Yöntemi	:	Hemodiyaliz ve/veya Periton Diyalizi
Hemodiyaliz Cihaz Sayısı	:	.... + ... Cihaz

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri dahilinde yukarıda adı yazılı özel diyaliz merkezinin Faaliyet İzin Belgesi ile birlikte hasta kabul ve tedavi etmek üzere faaliyet göstermesi için işbu ruhsat verilmiştir.

ONAY
...../...../.....
İmza

* Ruhsat numaraları il trafik kodu / merkez numarası şeklinde verirlir. (Örnek: 06/01)

Not:Ruhsat, merkezin görülür bir yerine asılır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
..... İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYALİZ MERKEZİ/ÜNİTESİ FAALİYET İZİN BELGESİ

DİYALİZ MERKEZİNİN/ÜNİTESİNİN

Adı :
Adresi :
Sahibinin Adı :
Ruhsat Onay Tarih ve : **Ruhsat No:**
Uygulayacağı Diyaliz Yönten : Hemodiyaliz ve/veya Periton Diyalizi
Hemodiyaliz Cihaz Sayısı : .... + ... Cihaz

Mesul Müdürün/Başhekim
Adı ve Soyadı :
Göreve Başlama Tarihi :

Hemodiyaliz Uzman
Adı ve Soyadı :
Göreve BaşlamaTarihi :

Periton Diyalizi Uzman
Adı ve Soyadı :
Göreve BaşlamaTarihi :

Uzman Tabiplik Hizmeti
Alınan Kurum/Kuruluş Adı :
Sözleşme/Protokol Başlangıç :
Sözleşme/Protokol Bitiş :

Sertifikalı Tabibin :
Adı ve Soyadı :
Göreve Başlama Tarihi :
Adı ve Soyadı :
Göreve BaşlamaTarihi :

Diyaliz Teknikeri Sayısı :
Sertifikalı Hemşire Sayısı :
Yardımcı Personel Sayısı :
Bünyesinde Bulunan Laboratuvarlar :
Sözleşme İle Satın Aldığı Hizmetler :

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri dahilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel diyaliz merkezinin faaliyet göstermesi için ..... / ..... / ..... tarihinde iş bu belge verilmiştir.

ONAY
...../...../.....
İmza
Mühür

Not:Faaliyet izin belgesi, merkezin görülür bir yerine asılır.

EK-5/C

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
..... İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYALİZ MERKEZİ MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ

Resim

DİYALİZ MERKEZİNİN

Adı :
Adresi :
Sahibinin Adı :
Ruhsat Onayı Tarih ve Sayısı :

MESUL MÜDÜRÜN

Adı ve Soyadı :
Diploma ve Tescil Numaraları :
İhtisas Dalı ve Numarası :
Diyaliz Sertifika Numarası :

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri dahilinde Diyaliz Merkezi Ruhsatı almış yukarıda adı yazılı Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlüğünü Dr./Uzm.Dr. ..... ' nın yürütmesi için işbu belge verilmiştir.

ONAY
...../...../.....
İmza
Mühür

Not:Belge, merkezin görülür bir yerine asılır.

EK-5/D

DİYALİZ MERKEZLERİ/ÜNİTELERİ DOSYA ÖZETİ FORMU

DİYALİZ MERKEZİNİN/ÜNİTENİN ADI:

RESMİ MAKAMA BAŞVURU DİLEKÇESİ	VAR/YOK
Kaç adet cihazla merkezi/ünitei açmak istediğini yazınız	
Diyaliz Merkezinin/ünitenin açık adresi	
Diyaliz merkezinin/ünitenin sahibinin adı	
Formun düzenlenme nedeni	

·Yapı Kullanma İzin Belgesi .....VAR / YOK
·İtfaiye Müdürlüğünden yangın önlem raporu ..... VAR / YOK
·Diyaliz Merkezinin kurucusunun Belgeleri .....Şahıs ise nüfus cüzdan sureti / Vakıf ise Vakıf Senedi / Şirket ise Şirket Sözleşmesi
·1/100 ölçekli proje ..... VAR / YOK
·Personelin İsim, ünvan ve merkezdeki görevini gösterir liste ..... VAR / YOK

·PERSONEL BELGELERİ

·Mesul müdürün/ Başhekimin

Adı Soyadı:	
Ünvanı:	
Diploması:	VAR/YOK
Çalışma Sözleşmesi:	VAR/YOK
Sertifika Numarası ve Terihi:	
SGK kaydı:	

·Nefroloji uzmanı, yoksa sertifikalı uzman tabip

Adı Soyadı:	
Ünvanı:	
Diploması:	VAR/YOK
Uzmanlık Belgesi:	VAR/YOK
Çalışma Sözleşmesi:	VAR/YOK
Sertifika Numarası ve Terihi:	
SGK kaydı:	

·Uzman tabiplik hizmeti alınmışsa

Alınan kurumun adı:	
Adresi:	

Sözleşme/Protokol başlangıç tarihi:	
Sözleşme/Protokol bitiş tarihi:	

·Sertifikalı hekimin

Adı Soyadı:	
Diploması:	VAR/YOK
Çalışma Sözleşmesi:	VAR/YOK
Kurs Belgesi:	UYGUN/ UYGUN DEĞİL
Sertifika Numarası ve Terihi:	
SGK kaydı:	

Hemşire/Diyaliz Teknikeri

ADI – SOYADI:	DİPLOMASI

·Diyetisyenin:

Adı Soyadı:	
Diploması	VAR/YOK
Çalışma Sözleşmesi	VAR/YOK

·Tekniker veya Teknisyenin:

Adı Soyadı:	
Diploması	VAR/YOK
Çalışma Sözleşmesi	VAR/YOK
Eğitim Belgesi	VAR/YOK
SGK kaydı	
Bu hizmet dışarıdan satın alınmışsa	
· Satın alınan teknik servis	
· Adı/adresi	
· Sözleşme süresi	

·Diğer Personelin:

Adı Soyadı:	Ünvanı

TEKNİK RAPOR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK RAPORU	VAR/YOK
Isınma sisteminin cinsi	
Su sisteminin cinsi ve kapasitesi	
Su sisteminin bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu	UYGUN/UYGUN DEĞİL
Diyaliz Merkezinin bölümlerinin kontrolü	
Malzeme listesinin kontrolü	
Jenaratörün varlığı, çalışma kontrolü	
Diyaliz merkezinin adresi, bina içindeki yerleşim yeri	
Teknik raporun düzenlenme tarihi, düzenleyenler(isim ünvan)	
Diyaliz Cihazlarının marka, imal tarihi, imal edildiği ülkeyi belirten liste ve fatura örnekleri	VAR/YOK

Kontrol Eden	**Kontrol Eden**
Adı :	Adı :
Soyadı :	Soyadı :
Ünvanı :	Ünvanı :
İmza :	İmza :
Tarih : ..../..../ 20..	Tarih : ..../..../ 20..

MERKEZDE/ÜNİTEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR VE ASGARİ/AZAMİ MİKTARLARI

Sıra no	İlaçlar	Minimum Adet
1	%0,9 İzotonik Sodyum Klorür	2000cc
2	%5 Dekstroz	2000cc
3	%10 Dekstroz	100cc
4	%20 Dekstroz	100cc
5	Atropin Sulfat ampül 0,5 mg	5
6	Adrenalin ampül 0,5 mg	20
7	Diltiazem ampül 25 mg	5
8	Feniramin ampül 45,5 MG/2 ML	5
9	Metilprednisolon ampül 20 mg	5
10	Metilprednisolon ampül 40 mg	5
11	hiyosin-N-butilbromür ampül 20 mg	5
12	Metoklopramid HCl ampül 10 mg	5
13	İnsülin Kristalize flakon	1
14	Calsium glubionat ampül %10	5
15	Lidokain Hidroklorür + Epinefrin ampül 20 MG/ML+0,0125 MG/ML 2ml	10
16	Metaprolol Tartrate ampül 5 mg	5
17	Povidon İyot Antiseptik solüsyon	500 cc
18	Diazepam ampül 10 mg/2 ml	3
19	Nonsteroid Antiinflamatuvar ampül	5
20	Kaptopiril tablet 25 mg	10
21	Parasetamol Tablet 500mg	20
22	Parasetamol flakon 500mg	5

* 3 ve 4 nolu ilaçlardan herhangi birisinin bulunması yeterli kabul edilir.
* 3 nolu ilaçtan minimum toplam 100 cc bulunması yeterli kabul edilir.
*Her ilaçın maksimum stok miktarı, minimum miktarın 5 katını geçemez.

Fiziki Şartlar

(1) Merkezin/ünitenin bulunduğu bina için birinci fıkrada belirtilen yapı kullanma izin belgesinin yanında;

a) Binanın giriş katı haricindeki katlarda da hasta tedavi ve kullanım alanı mevcut ise sedye/katlanabilir sedye taşımaya müsait ve merkezin/ünitenin jeneratörüne bağlı olan asansör,

b) Yangına karşı güvenlik tedbirlerinin alındığını gösteren ve yetkili merciden verilen rapor,

c) Merkezin/ünitenin, sıcak mevsimlerde uygun klima sistemiyle soğutulmasını, merkezî veya kat kaloriferi sistemi ile ısıtılmasını sağlayacak sistemi,

ç) Merkezlerde/ünitelerde, elektrik kesilmesi halinde en kısa süre içinde otomatik olarak devreye girebilecek ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az %70'i oranında uygun güç ve nitelikte bir jeneratör bulunur.

Merkezin ve Ünitenin Bölümleri

(2) Hemodiyaliz uygulaması yapılacak merkezlerde/ünitelerde, aşağıda belirtilen bölümler bulunur:

a) Toplam alanı en az yirmi metrekare olan hasta kabul ve dinlenme bölümü,

b) Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta giyinme ve soyunma bölümü ile cihaz sayısı kadar hasta dolapları ile personel giyinme dolapları,

c) Su sistemi odası,

ç) Yatak başına en az yedi metrekare düşecek şekilde diyaliz alanları; HBs Ag (+) hastalar için ayrı bir bölüm ve ayrı cihaz, HCV (+) hastalar için ayrı cihazlar,

d) Acil bakım ve tedavi odası,

e) İdarî oda ve büro,

f) Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere engelli bireylerin de yararlanabileceği şekilde düzenlenmiş, kapısı dışarı doğru açılan en az iki adet hasta tuvaleti ve iki adet lavabo; personel için ayrı bir tuvalet ve lavabo,

g) Depo olarak kullanılabilecek uygun bir alan.

(3) Periton diyalizi uygulanacak merkezlerde, aşağıda belirtilen bölümler bulunur:

a) Toplam olarak en az on beş metrekare alana sahip hasta kabul ve dinlenme bölümü,

b) Toplam olarak en az dokuz metrekare alana sahip hasta eğitimi odası,

c) Toplam olarak en az on iki metrekare alana sahip ve lavabosu bulunan tıbbî bakım ve solüsyon değişimi odası,

ç) En az iki tuvalet,

d) Depo olarak kullanılabilecek uygun bir alan.

(4) Hastane bünyesinde açılacak merkezde veya hemodiyaliz uygulaması ile periton diyalizinin birlikte yapılacağı merkezlerde ikinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen bölümlerin bulunması istenmez.

Merkezde/ünitelerde bulunması gerekli cihaz, tıbbi donanım, araç ve gereçler

(1) Merkezlerde/ünitelerde aşağıdaki cihazlar, tıbbî donanım, araç ve gereçler bulundurulur:

a) Hemodiyaliz uygulaması yapacak merkezler için ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orijin ülkede kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliği kanıtlanmış olan, en az on beş hemodiyaliz cihazı; üniteler için en fazla on hemodiyaliz cihazı,

1) Merkezler/üniteler olası cihaz arızalarında hastaların mağdur olmalarının önlenmesi açısından bir hemodiyaliz cihazını yedek olarak bulundurur. Cihaz sayısı yirmi beş ve üzeri olan merkezler ikinci bir yedek cihazı bulundurabilir.

2) Merkezlere/ünitelere alınacak ikinci el cihazlar on yaşını geçemez.

b) Hemodiyaliz yapılacak merkezlerde/ünitelerde hemodiyaliz cihazları için su sistemi; kullanılan diyaliz cihazı sayısı ile orantılı kapasitede ve hemodiyaliz tedavisi için uygun suyu üreten; Bakanlıkça hazırlanan Diyaliz Su Arıtma Sistemi Rehberinde belirtilen kurallara uygun hemodiyaliz kum filtresi, aktif karbon filtresi, yumuşatıcı filtreler, mikro partikül tutucu, sterilizasyon amaçlı ultraviyole veya ultrafiltre sistemini de kapsayan reverse-ozmos sistemi,

c) Hemodiyaliz yapılacak merkezlerde/ünitelerde kullanılan diyaliz cihazı sayısı kadar hareketli hasta yatağı veya koltuğu,

ç) Periton diyalizi yapılacak merkezler en az bir adet aletli periton diyalizi cihazı, en az iki adet hasta yatağı veya koltuğu,

d) Taşınabilir monitörlü elektrokardiyografi cihazı ve defibrilatör,

e) Ambu ve airway de içeren tam donanımlı acil müdahale kiti,

f) İhtiyaç anında birden fazla hastaya yetecek kapasitede olan oksijen desteği,

g) Birisi enfekte hastalar için olmak üzere en az iki adet aspiratör,

ğ) Hasta hassas tartı sistemi,

h) Yeterli havalandırma sistemi,

ı) Hastalar ile ilgili tıbbî kayıtları tutacak bellek kapasitesinde ve internet bağlantısı olan bilgi işlem sistemi,

i) Hastane/tıp merkezi bünyesinde bulunmayan merkezler/üniteler için sterilizasyonun temini,

j) Sedye/katlanabilir sedye ve tekerlekli sandalye.

Başvuru ve Ruhsata Esas Belgeler

(1) Yatırım izni (planlama uygunluk belgesi) alan hak sahibi, merkez/ünite ruhsatlandırılması için aşağıdaki belgelerle müdürlüğe başvurur.

a) Bakanlıktan alınan planlama uygunluk belgesi (yatırım izin belgesi), üniteler için Bakanlıktan alınan izin belgesi.

b) Özel merkezler için mesul müdüre ait belgeler.

1) Merkezde mesul müdür olarak çalışacaklarına dair mesul müdürün adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası ve mesul müdür sözleşmesi tarihinin yazılı beyanı.

2) T.C. kimlik numarası beyanı.

3) Ekip sisteminden kontrol edilip dosyasına konacak diploması ve varsa uzmanlık belgesi veya sertifikası.

4) Başvuru sırasında son altı ay içinde ve tanınmasına engel olmayacak şekilde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafı.

5) Tabip odası kayıt belgesi.

c) Merkezin/ünitenin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren proje planları.

ç) Merkezin/ünitenin kurulacağı binanın yapı kullanma izni belgesi.

d) Yangına yönelik tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınmış olan rapor.

e) Ek-8'de belirtilen asgari cihaz, araç ve gereçler için diyaliz merkezinin kullanım hakkı olduğunu gösteren belge ile merkez yetkilisi tarafından onaylanan cihaz listesi.

f) Kurucu gerçek kişi ise, T.C. kimlik numarası beyanı; vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; şirket ise, sermaye durumunun ve şirket ortaklarını da gösteren ticaret ünvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya müdürlükçe onaylı örneği).